

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**Підгузки для дорослих (НК 024:2019 11239- підгузки для дорослих)
Код ДК 021:2015: 33750000-2 Засоби для догляду за малюками**

**Ідентифікатор плану: UA-P-2022-09-20-000818-a
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-20-002702-a**

Перелік товарів для закупівлі (Якісні та кількісні вимоги):

Закупівля проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами».

Обсяг закупівлі визначається із потреб в забезпеченості підгузками інвалідів і дітей-інвалідів та фактично виділеними коштами.

№ з/п	Назва предмету закупівлі* (код ДК 021:2015)	Опис та характеристика товару*	Од. виміру	Кількість
1	Підгузки для дорослих р.L (33751000-9 Підгузки. НК 024:2019 11239- підгузки для дорослих)	Підгузки для осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі. Розмір L. Підгузки мають бути гладенькими, без ароматизаторів, не містити латексу. Бокові еластичні багаторазові застібки-липучки мають бути з кожної сторони. Наявність індикатора вологості/наповнення. Поглинаюча здатність ≥ 2600 мл. Зовнішня поверхня виробу вологонепроникна та «дихаюча». Внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу. Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист і попереджають протікання. Підходити для пацієнтів з обхватом талії від 115 см до 155 см (+/- 3 см). Повинні бути в герметично запакованій упаковці.	шт	4950
2	Підгузки для дорослих р.XL (33751000-9 Підгузки. НК 024:2019 11239- підгузки для дорослих)	Підгузки для осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі. Розмір XL. Підгузки мають бути гладенькими, без ароматизаторів, не містити латексу. Бокові еластичні багаторазові застібки-липучки мають бути з кожної сторони. Наявність індикатора вологості/наповнення. Поглинаюча здатність ≥ 2750 мл. Зовнішня поверхня виробу вологонепроникна та «дихаюча». Внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу. Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист і попереджають протікання. Підходити для пацієнтів з обхватом талії від 127 до 165 см (+/- 3 см). Повинні бути в герметично запакованій упаковці.	шт	3000

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 208070,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін, аналізу комерційних пропозицій постачальників та інформації з веб-сайтів. Також при визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.